



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, lì 21/05/2025

N.922
del registro determinazioni

OGGETTO: MISSIONE M6-SALUTE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. M6.C2.I1.1.2 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DESTINATI ALL'INSTALLAZIONE DELLA NUOVA RISONANZA MAGNETICA (RM) DA 1.5 TESLA - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI. PROVVEDIMENTI.

In data 21/05/2025 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 22-8053/2023/XI del 29 dicembre 2023 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il "*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*",

approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023;

- premesso che nell'ambito degli interventi del PNRR finanziati dall'Unione Europea – Next-generatio UE, per la fornitura in opera di grandi attrezzature (ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero M6.C2.I1.1.2), presso i locali di pertinenza della radiologia al piano seminterrato del presidio ospedaliero S. Croce, con il CUP B29J22001580001, è prevista la fornitura in opera di una nuova risonanza magnetica da 1,5 Tesla, in sostituzione di analoga apparecchiatura esistente, per la quale è necessario provvedere alla realizzazione delle correlate opere ancillari per l'adeguamento dei locali;
- richiamato il provvedimento del Dirigente della S.C. Tecnico n. 2212-2024 del 13.12.2024 di aggiudicazione del servizio tecnico professionale (CIG: B4657C3B42) per la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori e il coordinamento della fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di adeguamento dei locali destinati all'installazione della nuova risonanza magnetica da 1,5 Tesla, allo studio professionale G Studio STP S.s., con sede legale in Lungo Po Antonelli, n 45;
- ricordato che per l'intervento relativo alle suddette opere ancillari:
 - il responsabile unico del progetto (RUP) è il dott. ing. Giuseppe Stumpo
 - è assegnato il CUP: B29J22001580001,
- rilevato che:
 - in data 23.01.2025 è stato sottoscritto il verbale di avvio del servizio di progettazione in argomento e in data 09.04.2024, a seguito delle osservazioni ed integrazioni richieste in fase di esame e controllo preliminare, lo studio incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto;
 - con Determinazione del dirigente del Tecnico del n. 724-2025 del 17.04.2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento previsti con il relativo quadro economico di spesa;
- preso atto che, in conseguenza della subentrata necessità, non prevista nelle condizioni iniziali, di sostituire la gabbia di faraday per adeguare la schermatura dei locali alle specifiche richieste dell'apparecchiatura aggiudicata (CIG 9874623CAC), le relative opere e provviste comportano un incremento degli importi presunti per l'esecuzione dei lavori medesimi e, quindi, per le prestazioni del servizio professionale, rispetto a quelli preventivati;
- riscontrato che, a seguito del succitato incremento, occorre ridefinire la parcella del servizio tecnico professionale per la progettazione esecutiva, il coordinamento della fase di progettazione ed esecuzione e la direzione dei lavori in oggetto, rimodulandola ad un importo complessivo presunto pari a € 55.000,00 comprensivo del contributo pari al 4% per oneri previdenziali ed IVA esclusa, già considerato nel quadro economico complessivo dell'intervento approvato con la citata determinazione n. 724/2025;

- richiamato l'art. 120 comma I del D.Lgs 36 2023 e s.m.i. e dato atto che tale modifica non altera gli elementi essenziali del contratto iniziale e che un cambiamento del contraente non è praticabile per motivi tecnici ed economici;
- rilevato che occorre altresì rettificare il riferimento di imputazione del suddetto importo di spesa che nel citato provvedimento, per mero errore materiale, è stato indicato al Budget TPNRR anziché APNRR;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
2. di approvare la ridefinizione del costo complessivo del servizio tecnico professionale per la progettazione esecutiva, il coordinamento della fase di progettazione ed esecuzione e la direzione lavori di adeguamento dei locali destinati all'installazione della nuova risonanza magnetica da 1,5 Tesla per un importo complessivo pari a € 55.000,00 comprensivi del contributo pari al 4% per oneri previdenziali ed IVA esclusa;
3. di dare atto che il punto 5) della determinazione n. 2212/2024 viene annullato e sostituito con il successivo punto 4) del presente provvedimento;
4. di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, ammontante ad € 67.100,00 (IVA compresa), viene imputata al Bilancio di Previsione dell'Azienda Ospedaliera come sotto rappresentato:

<i>Anno competenza</i>	<i>Budget</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Importo IVA compresa</i>
2025	APNRR	1120214	Immobilizzazioni in corso e acconti fabbricati strumentali indisponibili	€ 67.100,00

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIUSEPPE STUMPO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.